

2021年2月吉日

お客様 各位

菱電商事株式会社
ヘルスケア事業部ヘルスケア部

CIVCO 社製 BX2 ニードルガイド (製品番号 680-112)

仕様変更のご案内

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃より CIVCO 社製品をご愛顧賜りまして誠にありがとうございます。

さて、この度 CIVCO 社製 BX2 ニードルガイド (製品番号 680-112) につきまして、下記の通り仕様変更となりますことお知らせ致します。
今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い致します。

敬具

1. 対象製品

製品名	製品番号	認証番号
シブコ BX2 ニードルガイド	680-112	223AFBZX00060000

2. 変更点

(ア) 13G ニードルガイドインサートの追加

(イ) 2種類のニードルガイド(穿刺角度 67 度用、80 度用)がニードルツリーに取り付けられる

※別添のメーカー発行文書にイメージ写真を掲載しておりますのでご確認下さい。

3. 切替時期

2021年4月頃を予定 (前後する可能性が御座います)

4. 備考

上記に記載している内容以外に変更は御座いません。

【本件に関する問い合わせ先】

菱電商事株式会社 ICT ソリューション事業本部ヘルスケア事業部ヘルスケア部第1グループ

TEL:03-5396-6128 E-mail:md-sp@mgw.ryoden.co.jp

2021年2月吉日

御客様 各位

センチュリーメディカル株式会社

営業第4部



シブコBX2ニードルガイド(製品番号:680-112)仕様変更について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、この度シブコBX2ニードルガイド(製品番号:680-112)の仕様変更に伴いまして、変更点を下記の通りお知らせ致します。今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 対象製品


製品名	製品番号	認証番号
シブコ BX2 ニードルガイド	680-112	223AFBZX00060000

2. 変更点


(ア) 13Gニードルガイドインサートの追加(下記変更後丸囲み)

(イ) 2種類のニードルガイド(穿刺角度67度用、80度用)がニードルツリーに取り付けられる。

<現行品>



<変更後>



※その他の製品情報に変更はございません。

3. 切替時期

現行品は現在庫にて生産・販売終了となり、2021年4月頃より仕様変更後の製品へ順次切り替わる予定です。ご不明な点がございましたら、担当営業もしくは下記連絡先までお問合せ下さいますようお願い申し上げます。

【連絡先】

センチュリーメディカル株式会社

営業第4部MDマーケティングチーム 高長 和輝

TEL:03-3491-1785